



A Sysmex Group Company



Mode d'emploi

RÉF : CE-LPH 036-S/CE-LPH 036

EV11 (MECOM) Breakpart Probe



RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL



Informations supplémentaires et autres langues disponibles à l'adresse ogt.com/IFU

Usage prévu

CytoCell® EV11 (MECOM) Breakpart Probe est un test qualitatif non automatisé d'hybridation *in situ* par fluorescence (FISH) utilisé pour détecter les réorganisations chromosomiques impliquant la région 3q26.2 du chromosome 3 dans des suspensions cellulaires d'origine hématologique fixées dans une solution de Carnoy (3:1 méthanol/acide acétique) provenant de patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) avec réorganisation de *MECOM* ou de néoplasmes myélodysplasiques (SMD) confirmés ou suspectés.

Indications d'emploi

Ce dispositif est conçu comme complément à d'autres analyses cliniques et histopathologiques dans le cadre d'un parcours diagnostique et clinique reconnu, pour lequel il est important de connaître le statut de la réorganisation de *MECOM* pour la prise en charge clinique.

Limitations

Ce dispositif est conçu pour détecter les réorganisations avec points de cassure dans la région liée par les clones rouges et verts de cet ensemble de sondes, qui comprend la région *MECOM* (sonde verte), une région télomérique du gène *MECOM* (sonde rouge) et une région centromérique du gène *MECOM* (sonde bleue). Il est possible que les points de cassure situés hors de ces régions ou les variantes de réorganisation entièrement contenues dans cette région ne soient pas détectés par ce dispositif.

Ce dispositif ne convient pas aux applications suivantes : diagnostic autonome, test compagnon, dépistage prénatal, dépistage basé sur la population, test auprès du patient ou autotest.

Ce dispositif n'a pas été validé pour des types d'échantillons, des types de maladies ou des usages autres que ceux énoncés dans la section « Usage prévu ». Il est destiné à compléter d'autres tests diagnostiques de laboratoire, et aucune mesure thérapeutique ne doit être débutée sur la seule base du résultat de la FISH. La création de rapports et l'interprétation des résultats de la FISH doivent être réalisées par du personnel qualifié, être conformes aux pratiques professionnelles de référence et tenir compte d'autres résultats de tests pertinents et d'autres informations cliniques et diagnostiques.

Ce dispositif est exclusivement réservé à une utilisation professionnelle en laboratoire.

Le non-respect du protocole peut affecter les performances du produit et entraîner des faux positifs/négatifs.

Principes du test

L'hybridation *in situ* par fluorescence (FISH) permet de détecter des séquences d'ADN sur des chromosomes en métaphase ou dans les noyaux interphasiques d'échantillons cytogénétiques fixés. Cette technique utilise des sondes ADN qui s'hybrident à des chromosomes entiers ou à des séquences uniques spécifiques, et complète efficacement l'analyse cytogénétique en bandes G. Cette technique peut désormais être utilisée comme outil d'investigation essentiel dans l'analyse prénatale, hématologique, ainsi que dans l'analyse chromosomique des tumeurs solides. Après fixation et dénaturation, l'ADN cible est disponible pour l'anneau à une sonde ADN comportant une séquence complémentaire, dénaturée de façon similaire et marquée par fluorescence. Après l'hybridation, la sonde ADN non liée et non liée spécifiquement est retirée et l'ADN est contre-coloré pour la

visualisation. Un microscope à fluorescence permet alors la visualisation de la sonde hybridée sur le matériel cible.

Informations sur la sonde

L'oncogène *MECOM* (locus complexe MDS1 et EVI1) sur 3q26.2 connaît souvent une réorganisation dans les hématopathies malignes d'origine myéloïde, dont les néoplasmes myélodysplasiques (SMD) et la leucémie myéloïde aiguë (LMA) avec réorganisation de *MECOM*. Son expression dans les cellules myéloïdes néoplasiques perturbe la différenciation myéloïde, la régulation du cycle cellulaire et les voies de signalisation cellulaire¹.

Ce dérèglement d'expression est souvent dû à une réorganisation chromosomique impliquant 3q26.2, les deux aberrations les plus fréquentes (~40 %) étant t(3;3)(q21;q26.2) et inv(3)(q21q26.2)¹. Plus de 30 réorganisations 3q26.2 supplémentaires ont été décrites, la plupart caractérisées au niveau moléculaire¹.

Les points de cassure des translocations et des inversions varient considérablement. Les réorganisations de *MECOM* sont très hétérogènes et peuvent être difficiles à détecter par des méthodes cytogénétiques conventionnelles, ce qui rend la FISH très utile pour leur détection. Les variantes des régions de point de cassure t(3;v)(q26.2;v) peuvent s'étendre de 3' proximal de *MECOM* à 5' distal du promoteur MDS1-EVI1, couvert par la sonde verte. Par conséquent, la séquence de signaux attendue pour ces translocations varie en fonction de la position du point de cassure². Les tests de réorganisations de *MECOM* sont recommandés dans le SMD et la LMA³.

La LMA avec réorganisation de *MECOM* est une maladie agressive avec une survie courte, quel que soit le pourcentage de souffle, sans différence de résultat entre les cas avec inv(3)/t(3;3) par rapport aux réorganisations de *MECOM* avec d'autres partenaires¹. La stratification du risque de SMD intègre des variables telles que l'âge, la gravité des cytopénies et les résultats cytogénétiques¹.


Caractéristiques de la sonde

EV11, 3q26.2, Rouge

EV11, 3q26.2, Vert

EV11, 3q26.2, Bleu

CMP-H021 v008.00



Le composant rouge du mélange de sondes EVI1 se compose d'une sonde de 158 kb télomérique au marqueur D3S4415 et inclut le gène *LRRC34*. Le composant vert couvre une région de 181 kb qui couvre la partie centromérique du gène *EVI1* (*MECOM*) et s'étend au-delà du marqueur D3S1282. Le composant bleu couvre une région de 563 kb centromérique au gène *EVI1*, incluant le marqueur D3S1614.

Matériel fourni

Sonde : 50 µL par flacon (5 tests) ou 100 µL par flacon (10 tests)

Les sondes sont fournies préalablement mélangées dans une solution d'hybridation (< 65 % formamide, < 20 mg sulfate de dextrane, < 10 % solution saline de citrate de sodium [SSC]) 20x et sont prêtes à l'emploi.

Contre-coloration : 150 µL par flacon (15 tests)

La contre-coloration DAPI Antifade ES est utilisée (0,125 µg/ml DAPI [4,6-diamidino-2-phénylindole] dans un milieu de montage à base de glycérol).

Avertissements et précautions


- Utilisation réservée au diagnostic *in vitro*. Exclusivement réservé à une utilisation professionnelle en laboratoire.
- Les mélanges de sonde contiennent du formamide, un agent tératogène. Ne pas respirer les vapeurs et éviter tout contact cutané. Ce produit doit être manipulé avec précaution ; le port de gants et d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
- Le DAPI doit être manipulé avec précaution ; le port de gants et d'une blouse de laboratoire est obligatoire.
- Ne pas utiliser si les flacons sont endommagés ou si leur contenu est altéré de quelque manière que ce soit.
- Suivez la réglementation de votre région sur la mise au rebut, ainsi que les recommandations de la fiche de données de sécurité pour déterminer comment mettre ce produit au rebut sans risque. Cela s'applique également au contenu endommagé du kit de test.
- Éliminez tous les réactifs utilisés et tout autre matériel jetable contaminé conformément aux procédures applicables aux déchets infectieux ou potentiellement infectieux. Il incombe à chaque laboratoire de traiter les déchets solides et liquides en fonction de leur nature et de leur degré de

- dangereux, puis de les traiter et de les éliminer (ou de les faire traiter et éliminer) conformément à toute réglementation applicable.
- Les opérateurs doivent pouvoir distinguer les couleurs rouge, bleue et verte.
 - Le non-respect du protocole spécifié et des instructions relatives aux réactifs peut affecter les performances du produit et entraîner des faux positifs/négatifs.
 - La sonde ne doit pas être diluée ou mélangée avec d'autres sondes.
 - La non-utilisation de 10 µL de sonde durant l'étape de prédénaturation du protocole peut affecter les performances et entraîner des faux positifs/négatifs.
 - Tous les produits doivent être validés avant toute utilisation.
 - Des contrôles internes doivent être menés en utilisant des populations de cellules non affectées dans des échantillons d'essai.

Définitions de la température

- 20 °C/congelé/au congélateur : -25 °C à -15 °C
- 37 °C : +37 °C ± 1 °C
- 72 °C : +72 °C ± 1 °C
- 75 °C : +75 °C ± 1 °C
- Température ambiante (TA) : +15 °C à +25 °C

Conservation et manipulation

 Le kit doit être conservé entre -25 °C et -15 °C au congélateur jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquetage du kit. La sonde et les flacons de contre-coloration doivent être conservés dans l'obscurité.



La sonde FISH, la contre-coloration DAPI Antifade ES et la solution d'hybridation restent stables pendant les cycles de congélation/décongélation qui interviennent dans le cadre d'une utilisation normale (un cycle correspond au retrait puis au remplacement du flacon dans le congélateur), à savoir 5 cycles pour le flacon de sonde FISH de 50 µL (5 tests), 10 cycles pour le flacon de sonde FISH de 100 µL (10 tests) et 15 cycles pour le flacon de contre-coloration de 150 µL (15 tests). L'exposition à la lumière doit être limitée au maximum et évitée dans la mesure du possible. Les composants doivent être conservés dans le contenant étanche à la lumière fourni. Les composants utilisés et conservés dans des conditions autres que celles énoncées sur l'étiquetage peuvent ne pas fournir les performances attendues et peuvent avoir une influence négative sur les résultats de l'essai. Il est essentiel de limiter l'exposition aux variations de lumière et de température.

Équipement et matériel nécessaires non fournis

L'équipement utilisé doit être calibré :

- Plaque chauffante (avec plaque solide et contrôle précis de la température jusqu'à 80 °C)
- Micropipettes calibrées de volume variable et embouts de 1 µL à 200 µL
- Bain-marie avec contrôle précis de la température à 37 °C et 72 °C
- Tube pour microcentrifugeuse (0,5 ml)
- Microscope à fluorescence (consulter la section Recommandations relatives à la microscopie à fluorescence)
- Microscope à contraste de phase
- Bocaux Coplin propres en plastique, céramique ou verre réfractaire
- Forceps
- pH-mètre calibré (ou bandelettes de pH pouvant mesurer un pH de 6,5 à 8,0)
- Réceptacle humidifié
- Huile d'immersion de l'objectif du microscope à fluorescence
- Centrifugeuse de paillasse
- Lames pour microscope
- Lamelles couvre-objet de 24 x 24 mm
- Minuteur
- Incubateur à 37 °C
- Colle à base de caoutchouc
- Agitateur vortex
- Éprouvettes graduées
- Agitateur magnétique
- Thermomètre calibré

Équipement en option non fourni

- Chambre de séchage cytogénétique

Réactifs nécessaires, mais non fournis

- Solution saline de citrate de sodium (SSC) 20x
- Éthanol à 100 %
- Tween-20
- Hydroxyde de sodium (NaOH) 1 M
- Acide chlorhydrique (HCl) 1 M
- Eau purifiée

Recommandations relatives à la microscopie à fluorescence

Utiliser une lampe à mercure de 100 watts ou un équivalent, et des objectifs plans apochromatiques à immersion dans l'huile x60/63 ou x100 pour une visualisation optimale. Les fluorophores utilisés pour cet ensemble de sondes excitent et émettent les longueurs d'onde suivantes :

Fluorochrome	Excitation _{max} [nm]	Émission _{max} [nm]
Bleu	418	467
Vert	495	521
Rouge	596	615

Vérifier que les filtres d'excitation et d'émission appropriés couvrant les longueurs d'onde indiquées ci-dessus sont installés dans le microscope.

Utiliser un filtre passe-bande unique pour spectre bleu pour une visualisation optimale du spectre bleu ou un filtre passe-bande triple pour spectre rouge/vert/bleu pour une visualisation simultanée des fluorophores verts, rouges et bleus.

Vérifier le microscope à fluorescence avant utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Utiliser de l'huile d'immersion adaptée à la microscopie à fluorescence et formulée pour une autofluorescence faible. Éviter de mélanger du DAPI/antifade avec l'huile d'immersion pour microscope, car cela aura pour effet d'obscurcir les signaux. Suivre les recommandations du fabricant concernant la durée de vie de la lampe et l'ancienneté des filtres.

Préparation des échantillons

Le kit est conçu pour être utilisé sur des suspensions cellulaires d'origine hématologique fixées dans une solution de Carnoy (3:1 méthanol/acide acétique) provenant de patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) ou de néoplasmes myéloïdoplasiques (SMD) confirmés ou suspects, préparées conformément aux directives du laboratoire ou de l'établissement. Préparer des échantillons séchés à l'air sur des lames pour microscope, conformément aux procédures cytogénétiques de référence. Le manuel *Cytogenetics Laboratory Manual* de l'AGT contient des recommandations sur le prélèvement des spécimens, la mise en culture, le recueil et la préparation des lames⁴.

Préparation des solutions

Solutions d'éthanol

Diluer de l'éthanol à 100 % avec de l'eau purifiée en respectant les proportions suivantes, puis mélanger soigneusement :

- Éthanol à 70 % : 7 volumes d'éthanol à 100 % pour 3 volumes d'eau purifiée
- Éthanol à 85 % : 8,5 volumes d'éthanol à 100 % pour 1,5 volume d'eau purifiée

Les solutions peuvent être conservées jusqu'à 6 mois à température ambiante dans un contenant hermétique.

Solution SSC 2x

Diluer 1 volume de solution SSC 20x avec 9 volumes d'eau purifiée et mélanger soigneusement. Vérifier le pH et l'ajuster à 7,0 à l'aide de NaOH ou de HCl si nécessaire. La solution peut être conservée jusqu'à 4 semaines à température ambiante dans un contenant hermétique.

Solution SSC 0,4x

Diluer 1 volume de solution SSC 20x avec 49 volumes d'eau purifiée et mélanger soigneusement. Vérifier le pH et l'ajuster à 7,0 à l'aide de NaOH ou de HCl si nécessaire. La solution peut être conservée jusqu'à 4 semaines à température ambiante dans un contenant hermétique.

Solution SSC 2x, Tween-20 à 0,05 %

Diluer 1 volume de solution SSC 20x avec 9 volumes d'eau purifiée. Ajouter 5 µL de Tween-20 pour 10 ml et mélanger soigneusement. Vérifier le pH et l'ajuster à 7,0 à l'aide de NaOH ou de HCl si nécessaire. La solution peut être conservée jusqu'à 4 semaines à température ambiante dans un contenant hermétique.

Protocole FISH

(Remarque : limiter en tout temps l'exposition de la sonde et de la contre-coloration à la lumière du laboratoire.)

Préparation des lames

- Déposer une goutte d'échantillon cellulaire sur une lame pour microscope en verre. Laisser sécher. (**Facultatif, en cas d'utilisation d'une chambre de séchage cytogénétique** : La chambre doit fonctionner à environ 25 °C avec un taux d'humidité de 50 % pour garantir l'application optimale de l'échantillon cellulaire. En l'absence de chambre de séchage cytogénétique, il est possible d'utiliser une hotte aspirante.)
- Immerger la lame dans une solution SSC 2x pendant 2 minutes à température ambiante (TA) sans agitation.
- Déshydrater par une série de bains d'éthanol (70 %, 85 % et 100 %), pendant 2 minutes à TA à chaque fois.
- Laisser sécher.

Prédénaturation

- Retirer la sonde du congélateur et la laisser se réchauffer à TA. Centrifuger rapidement les tubes avant utilisation.
- Vérifier que la solution de la sonde est mélangée de façon homogène à l'aide d'une pipette.
- Prélever 10 µL de sonde par test et transférer ce volume dans un tube de microcentrifugeuse. Remplacer rapidement le reste de la sonde au congélateur.
- Mettre la sonde et la lame de l'échantillon à préchauffer à 37 °C (+/- 1 °C) sur la plaque chauffante pendant 5 minutes.
- Appliquer 10 µL de mélange des sondes sur l'échantillon cellulaire et appliquer soigneusement une lamelle couvre-objet. Sceller avec de la colle à base de caoutchouc et laisser la colle sécher complètement.

Dénaturation

10. Dénaturer l'échantillon et la sonde simultanément en chauffant la lame sur une plaque chauffante à 75 °C (+/- 1 °C) pendant 2 minutes.

Hybridation

11. Placer la lame dans un contenant humide et opaque à 37 °C (+/- 1 °C) toute la nuit.

Lavages post-hybridation

- 12. Retirer le DAPI du congélateur et le laisser se réchauffer à TA.
- 13. Retirer soigneusement la lamelle couvre-objet et toutes les traces de colle.
- 14. Immerger la lame dans une solution SSC 0,4x (pH 7,0) à 72 °C (+/- 1 °C) pendant 2 minutes sans agitation.
- 15. Vider la lame et l'immerger dans une solution SSC 2x et Tween-20 à 0,05 % à TA (pH 7,0) pendant 30 secondes sans agitation.
- 16. Vider la lame et appliquer 10 µL de DAPI/antifade sur chaque échantillon.
- 17. Appliquer une lamelle couvre-objet, éliminer les bulles d'air et laisser la couleur se développer dans le noir pendant 10 minutes.
- 18. Observer avec un microscope à fluorescence (voir **Recommandations relatives à la microscopie à fluorescence**).

Recommandations sur les procédures

- 1. La cuisson et le vieillissement des lames peuvent réduire la fluorescence du signal.
- 2. L'utilisation d'autres réactifs que ceux fournis ou recommandés par Cytocell Ltd. peut avoir une influence négative sur les conditions d'hybridation.
- 3. Utiliser un thermomètre calibré pour mesurer la température des solutions, des bains-marie et des incubateurs, car ces températures sont essentielles pour garantir des performances optimales du produit.
- 4. Les concentrations, le pH et les températures du lavage sont importants, car une stringence faible peut entraîner une liaison non spécifique de la sonde, et une stringence élevée une perte de signal.
- 5. Une dénaturation incomplète peut entraîner une perte de signal et une dénaturation excessive peut également entraîner une liaison non spécifique.
- 6. L'hybridation excessive peut entraîner des signaux supplémentaires ou inattendus.
- 7. Les utilisateurs doivent optimiser le protocole pour leurs propres échantillons avant d'utiliser le test à des fins diagnostiques.
- 8. Des conditions sous-optimales peuvent entraîner une liaison non spécifique qui peut être interprétée de façon erronée comme un signal de la sonde.

Interprétation des résultats









Évaluation de la qualité des lames

La lame ne doit pas être analysée dans les cas suivants :


- Les signaux sont trop faibles pour permettre une analyse avec des filtres uniques. Pour l'analyse, les signaux doivent être clairs, distincts et faciles à évaluer
- L'analyse est obstruée par un grand nombre de cellules agglutinées ou se chevauchant
- > 50 % des cellules ne sont pas hybridées
- Les particules fluorescentes sont trop nombreuses entre les cellules et/ou un halo fluorescent interfère avec le signal. Une lame optimale comporte un arrière-plan sombre ou noir et propre
- Les bords des noyaux cellulaires ne peuvent pas être distingués et ne sont pas intacts

Directives d'analyse

- Chaque échantillon doit être analysé et interprété par deux analystes. Toute différence doit être évaluée par un troisième analyste
- Chaque analyste doit être qualifié conformément aux normes nationales reconnues
- Chaque analyste doit évaluer indépendamment 100 noyaux pour chaque échantillon. Le premier analyste doit commencer l'analyse par le côté gauche de la lame et le deuxième par le côté droit
- Chaque analyste doit consigner ses résultats dans des fiches distinctes
- Seuls les noyaux intacts doivent être analysés. Les noyaux se chevauchant, agglutinés ou couverts par des débris cytoplasmiques ou associés à un degré élevé d'autofluorescence ne doivent pas être analysés
- Éviter les zones présentant des débris cytoplasmiques trop nombreux ou une hybridation non spécifique
- L'intensité du signal peut varier, même avec un seul noyau. Dans ce cas, utiliser des filtres uniques et/ou ajuster le plan focal
- Le signal peut apparaître diffus si les conditions sont sous-optimales. Si deux signaux de la même couleur se touchent, ou si la distance qui les sépare est inférieure ou égale à la largeur de deux signaux, ou lorsqu'un brin ténu connecte les deux signaux, ils doivent être comptés comme un seul et même signal
- Lors de l'analyse de sondes de séparation tricolores, en cas d'espace entre l'un des 3 signaux (rouge, vert, bleu) inférieur ou égal à la largeur de 2 signaux, compter comme un signal non réorganisé/fusionné
- Si le caractère analysable d'une cellule est incertain, ne pas l'analyser


Directives d'analyse	
	Ne pas compter les noyaux trop proches pour en déterminer les limites
	Ne pas compter les noyaux qui se chevauchent, lorsque les surfaces des deux noyaux ne sont pas visibles
	Compter comme 2 signaux fusionnés si l'espace entre les signaux rouge et vert/bleu est inférieur à la largeur de deux sondes
	Compter comme 2 signaux fusionnés si l'espace entre les signaux vert et rouge/bleu est inférieur à la largeur de deux sondes
	Compter comme 2 signaux fusionnés si l'espace entre les signaux bleus et rouge/vert est inférieur à la largeur de deux sondes
	Compter comme 2 signaux fusionnés si le signal rouge est diffus dans la fusion en haut à droite
	Compter comme 2 signaux fusionnés si le signal vert est diffus dans la fusion en haut à droite
	Compter comme 2 signaux fusionnés si le signal bleu est diffus dans la fusion en haut à droite

Résultats attendus
Séquence de signaux normaux attendue




Pour une cellule normale, deux signaux de fusion rouges/verts/bleus sont attendus (2RVB).

Séquences de signaux anormaux attendues



Dans une cellule avec un t(3;3)(q21;q26.2) ou un t(3;v)(q26.2;v), avec des points de cassure distaux par rapport à la sonde verte, la séquence de signaux attendue sera un signal de fusion rouge/vert/bleu, une fusion verte/bleue et un signal rouge (1RVB1RV1B).



Dans une cellule avec inv(3)(q21;q26.2) ou un t(3;v)(q26.2;v), avec des points de cassure proximaux par rapport à la sonde verte, la séquence de signaux attendue sera un signal de fusion rouge/vert/bleu, une fusion rouge/verte, et un signal bleu (1RVB1RV1B).

D'autres séquences de signaux sont possibles pour les spécimens aneuploïdes/déséquilibrés.

Interférences/substances interférentes connues

Aucune interférence/substance interférente connue.

Aucune réactivité croisée connue.

Signalement d'incident grave

Pour les patients/utilisateurs/tiers de l'Union européenne et de pays disposant d'un régime réglementaire identique (Règlement [UE] 2017/746 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) ; si, pendant l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave s'est produit, veuillez le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

Pour les incidents graves survenus dans d'autres pays, veuillez les signaler au fabricant et, s'il y a lieu, à l'autorité nationale compétente.

Contact du fabricant pour les questions de vigilance : vigilance@oqt.com

Pour les autorités nationales compétentes de l'Union européenne, vous trouverez une liste des interlocuteurs pour les questions de vigilance à l'adresse :

https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en

Caractéristiques de performances spécifiques

Spécificité analytique

La spécificité analytique est définie comme le pourcentage de signaux qui s'hybrident au locus correct et nulle part ailleurs. Deux loci chromosomiques dans chacune des vingt cellules en métaphase provenant de cinq échantillons ont été analysés, pour obtenir 200 points de données par composant. L'emplacement de chaque sonde hybridée a été cartographié et le nombre de signaux FISH des chromosomes en métaphase qui se sont hybridés au bon locus a été enregistré.

La spécificité analytique de chaque sonde du kit a été calculée en divisant le nombre de signaux FISH des chromosomes en métaphase hybridés au locus correct par le nombre total de signaux FISH des chromosomes en métaphase hybridés, ce résultat a été multiplié par 100, exprimé en pourcentage et donné avec un intervalle de confiance de 95 %.

Tableau 1. Spécificité analytique pour EVI1 (MECOM) Breakapart Probe

Cible	Nombre de chromosomes en métaphases hybridés	Nombre de locus correctement hybridés	Spécificité analytique	Intervalle de confiance de 95 %
3q26.2	200	200	100 %	98,12 % à 100 %
3q26.2	200	200	100 %	98,12 % à 100 %
3q26.2	200	200	100 %	98,12 % à 100 %

Sensibilité analytique

La sensibilité analytique correspond au pourcentage de cellules en interphase évaluable dans la séquence de signaux normaux attendue. Un minimum de 200 cellules en interphase ont été analysées pour chacune des 25 suspensions cellulaires fixées provenant de moelles osseuses qui ont été considérées comme négatives pour une réorganisation de MECOM, donnant un minimum de 5 000 noyaux pour chaque type d'échantillon. Les données de sensibilité ont été analysées en fonction du pourcentage de cellules présentant une séquence de signaux normaux attendue et exprimées en pourcentage avec un intervalle de confiance de 95 %.

Tableau 2. Sensibilité analytique pour EVI1 (MECOM) Breakapart Probe

Type d'échantillon	Critères de sensibilité	Résultat de sensibilité
Moelle osseuse	> 95 %	99,14 % (98,89 % à 99,39 %)

Caractérisation des valeurs seuils normales

La valeur seuil normale est définie comme le pourcentage de cellules présentant une séquence de signaux faux positifs à partir de laquelle un individu serait considéré comme normal et non compatible avec un diagnostic clinique. Un minimum de 200 cellules en interphase ont été analysées pour chacun des 25 échantillons de moelle osseuse qui ont été considérés comme négatifs pour une réorganisation de MECOM, donnant un minimum de 5 000 noyaux pour chaque type d'échantillon.

La valeur seuil a été déterminée à l'aide de la fonction β -inverse (BETAINV) dans MS Excel. Elle a été calculée comme le pourcentage de cellules en interphase présentant une séquence de signaux faux positifs en utilisant la limite supérieure d'un intervalle de confiance unilatéral de 95 % de la distribution binomiale dans un échantillon de patient normal.

Tableau 3. Caractérisation des valeurs seuils normales d'EVI1 (MECOM) Breakapart Probe

Type d'échantillon	Résultat seuil
Moelle osseuse	4 %

Les laboratoires doivent vérifier les valeurs seuils à partir de leurs propres données ^{5,6}.

Reproductibilité

Des études de reproductibilité ont été menées pour établir :

- la reproductibilité intrajournalière sur 3 sites (d'un échantillon à l'autre) ;
- la reproductibilité interjournalière sur 3 sites (d'un jour à l'autre) ;
- la reproductibilité intersite sur 3 sites (d'un site à l'autre) ;
- la reproductibilité interlot sur un seul site (d'un lot à l'autre).

La reproductibilité a été établie par 3 laboratoires individuels ayant testé 12 échantillons en aveugle, 6 par séquence de signaux (2 négatifs pour la réorganisation, 2 faiblement positifs correspondant à 1 à 3 fois la valeur seuil et 2 fortement positifs qui contenaient plus de 45 % de cellules positives pour la réorganisation). L'analyse a été menée à l'aide de 2 réplicats de chaque échantillon, sur 5 jours non consécutifs.

Les 3 sites ont effectué des analyses intrajournalières, interjournalières et intersites à l'aide du même lot de sonde, et l'un des sites a également effectué une analyse de reproductibilité interlot en utilisant 3 lots de sonde différents.

Les résultats ont été présentés comme la concordance globale avec la classe négative prévue (pour les échantillons négatifs) et la classe positive prévue (pour les échantillons positifs).

Tableau 4a. Reproductibilité et précision d'EVI1 (MECOM) Breakapart Probe – Séquence de signaux d'inversion

Variable	Type d'échantillon	Concordance
Reproductibilité intrajournalière (d'un échantillon à l'autre), interjournalière (d'un jour à l'autre) et intersite (d'un site à l'autre)	Négatif de moelle osseuse	100 %
	Faiblement positif de moelle osseuse	63 %
	Fortement positif de moelle osseuse	100 %
Reproductibilité interlot (d'un lot à l'autre)	Négatif de moelle osseuse	92 %
	Faiblement positif de moelle osseuse	67 %
	Fortement positif de moelle osseuse	100 %

Tableau 4b. Reproductibilité et précision d'EV11 (MECOM) Breakapart Probe – Séquence de signaux de translocation

Variable	Type d'échantillon	Concordance
Reproductibilité intrajournalière (d'un échantillon à l'autre), interjournalière (d'un jour à l'autre) et intersite (d'un site à l'autre)	Négatif de moelle osseuse	100 %
	Faiblement positif de moelle osseuse	98 %
	Fortement positif de moelle osseuse	100 %
Reproductibilité interlot (d'un lot à l'autre)	Négatif de moelle osseuse	100 %
	Faiblement positif de moelle osseuse	100 %
	Fortement positif de moelle osseuse	100 %

Une étude de reproductibilité supplémentaire a été effectuée pour compléter les résultats faiblement positifs de la séquence de signaux d'inversion, en utilisant 2 échantillons avec différents niveaux de faible positivité (valeur seuil 2x et 4x) et 1 échantillon négatif pour établir :

- la reproductibilité intrajournalière sur un seul site (d'un échantillon à l'autre) ;
- la reproductibilité interjournalière sur un seul site (d'un jour à l'autre) ;
- la reproductibilité interopérateur sur un seul site (d'un opérateur à l'autre).

La reproductibilité a été établie à l'aide d'un lot de sonde, évalué sur 2 réplicats de chaque échantillon, testé pendant 5 jours non consécutifs par 2 opérateurs différents.

Les résultats ont été présentés comme la concordance globale avec la classe positive prévue (pour les échantillons positifs).

Tableau 4c. Données supplémentaires à l'appui pour la reproductibilité et précision d'EV11 (MECOM) Breakapart Probe – Séquence de signaux d'inversion

Variable	Type d'échantillon	Concordance
Reproductibilité intrajournalière (d'un échantillon à l'autre), interjournalière (d'un jour à l'autre) et interopérateur (d'un opérateur à l'autre)	Faiblement positif de moelle osseuse (seuil 2x)	100 %
	Faiblement positif de moelle osseuse (seuil 4x)	100 %

Performances cliniques

Pour s'assurer que le produit détecte les réorganisations prévues, les performances cliniques ont été établies à partir de 3 études portant sur des échantillons représentatifs de la population à laquelle le produit est destiné : suspensions cellulaires d'origine hématologique fixées dans une solution de Carnoy (3:1 méthanol/acide acétique) provenant de patients atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) ou de néoplasmes myélodysplasiques (SMD) confirmés ou suspectés. Les études portaient sur un échantillon combiné de cent dix-huit (118) échantillons, avec une population cible de sept (7) translocations positives et cent onze (111) translocations négatives et un échantillon combiné de cent dix-neuf (119) échantillons impliquant cent onze (111) échantillons négatifs d'inversion et huit (8) échantillons positifs d'inversion. Les résultats ont été comparés à l'état connu de l'échantillon. Il a été démontré que la concordance/discordance des résultats répondait aux critères d'acceptation de cette étude.

Les résultats de ces tests ont été analysés afin de fournir des valeurs de sensibilité et de spécificité cliniques et de taux de faux positifs (FPR) pour les signaux positifs, en utilisant une approche unidimensionnelle.

Tableau 5. Performances cliniques d'EV11 (MECOM) Breakapart Probe – Translocation

Variable	Résultat
Sensibilité clinique (taux de vrais positifs, TVP)	99,94 %
Spécificité clinique (taux de vrais négatifs, TVN)	99,97 %
Taux de faux positifs (TFP) = 1 – Spécificité	0,03 %

Tableau 6. Performances cliniques d'EV11 (MECOM) Breakapart Probe – Inversion.

Variable	Résultat
Sensibilité clinique (taux de vrais positifs, TVP)	96,26 %
Spécificité clinique (taux de vrais négatifs, TVN)	99,28 %
Taux de faux positifs (TFP) = 1 – Spécificité	0,72 %

Résumé de la sécurité et des performances (RSP)

Le RSP doit être mis à la disposition du public par le biais de la base de données européennes pour les dispositifs médicaux (Eudamed), où il est lié à l'IUD-ID de base.

URL Eudamed : <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

IUD-ID de base : 50558449LPH036JL

Si l'Eudamed n'est pas totalement fonctionnel, le RSP doit être mis à la disposition du public sur demande par e-mail à l'adresse SSP@ogt.com.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations sur le produit, contacter le service d'assistance technique de CytoCell.

Tél. : +44 (0)1223 294048

Courriel : techsupport@cytozell.com

Site Web : www.ogt.com

Références

- WHO Classification of Tumours Editorial Board. *Haematolymphoid tumours* [Internet; beta version ahead of print]. Lyon (France): International Agency for Research on Cancer; 2022 [cited 2023 December 21]. (WHO classification of tumours series, 5th ed.; vol. 11). Available from: <https://tumourclassification.iarc.who.int/chapters/63>
- Ottema et al. Atypical 3q26/MECOM rearrangements genocopy inv(3)(t(3;3) in acute myeloid leukemia. *Blood* (2020)136(2):224–234.
- Rack et al., *Leukemia* (2019) 33:1851–1867
- Arsham, MS., Barch, MJ. and Lawce HJ. (eds.) (2017) *The AGT Cytogenetics Laboratory Manual*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Mascarello JT, Hirsch B, Kearney HM, et al. Section E9 of the American College of Medical Genetics technical standards and guidelines: fluorescence in situ hybridization. *Genet Med*. 2011;13(7):667-675.
- Wiktor AE, Dyke DL, Stupca PJ, Ketterling RP, Thorland EC, Shearer BM, Fink SR, Stockero KJ, Majorowicz JR, Dewald GW. *Preclinical validation of fluorescence in situ hybridization assays for clinical practice*. *Genetics in Medicine*. 2006;8(1):16–23.

Glossaire des symboles

EN ISO 15223-1:2021 – « Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant – Partie 1 : Exigences générales » (© International Organization for Standardization)		
Symbole	Titre	Numéro(s) de référence
	fr : Fabricant	5.1.1
	fr : Représentant autorisé de la Communauté européenne / l'Union européenne	5.1.2
	fr : Date de péremption	5.1.4
	fr : Numéro de lot	5.1.5
	fr : Numéro de référence	5.1.6
	fr : Tenir à l'abri de la lumière du soleil	5.3.2
	fr : Limite de température	5.3.7
	fr : Consulter le mode d'emploi	5.4.3
 ogt.com/IFU	fr : Consulter le mode d'emploi électronique	5.4.3
	fr : Mise en garde	5.4.4
	fr : Dispositif médical de diagnostic <i>in vitro</i>	5.5.1
	fr : Quantité suffisante pour <n> tests	5.5.5
	fr : Identifiant unique de dispositif	5.7.10

Symboles EDMA pour les réactifs et les composants de DIV, révision d'octobre 2009		
Symbole	Titre	Numéro(s) de référence
CONT	fr : Contenu	S.O.

Brevets et marques déposées

CytoCell est une marque déposée de CytoCell Limited.



CytoCell Limited

Oxford Gene Technology
418 Cambridge Science Park
Milton Road
CAMBRIDGE
CB4 0PZ
ROYAUME-UNI

Tél. : +44 (0)1223 294048

Courriel : probes@cytoCell.com

Site Web : www.ogt.com



Sysmex Europe SE

Deelbøge 19 D
22297 Hamburg
ALLEMAGNE

Site Web : www.sysmex-europe.com

Historique des versions du mode d'emploi

V001 2024-02-05 : Nouveau mode d'emploi pour le règlement (UE) 2017/746

V002 2025-08-29: Suppression de la marque UKCA

V003 2025-09-09: Mise à jour de l'adresse du représentant autorisé de l'UE.

Suppression du numéro de téléphone du représentant autorisé de l'UE.

Suppression du numéro de fax d'OGT